




FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Solução Condicionadora Na Equip

Fabricante	CARETIUM MEDICAL INSTRUMENTS CO., LIMITED	Origem	China
Validade	24 meses após a data de fabricação	Reg. ANVISA n°	81991970005
Detentora do Registro: APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGENTES IMPORTADORA LTDA			
Descrição do produto	O uso da solução condicionadora mantém o desempenho dos eletrodos de íon seletivo de Na e pH do Analisador de Eletrólitos Equip. Seu uso é necessário para um alto desempenho dos eletrodos de íon seletivo de Na ⁺ e pH, entretanto, o uso em excesso pode diminuir a vida útil dos eletrodos. Uso em diagnóstico.		
Imagens do produto			
Finalidade de uso	O uso da solução condicionadora mantém o desempenho dos eletrodos de íon seletivo de Na e pH do Analisador de Eletrólitos Equip. Seu uso é necessário para um alto desempenho dos eletrodos de íon seletivo de Na ⁺ e pH, entretanto, o uso em excesso pode diminuir a vida útil dos eletrodos.		
Composição	1 Solução Condicionadora Na Equip; 1 instrução de uso.		
Condições de armazenamento e Transporte	Conservar na temperatura entre 5-35°C, em local seco, protegido do calor e da luz solar direta e lacrada. Não congelar. Válido por 24 meses após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.		
Embalagem	Embalagem podendo conter 1 Solução Condicionadora Na Equip com 25mL; 50mL; 75mL; 100mL; 150mL; 200mL; 250mL; 300mL; 400mL; 500mL; 600mL; 700mL; 800mL; 900mL; 1.000mL; 1.500mL; 2.000mL; 2.500mL ou 3.000mL e 1 instrução de uso. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA n°830/2023, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	1 Solução Condicionadora Na Equip; 1 instrução de uso.		