



FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Solução Controle Equip

Fabricante	CARETIUM MEDICAL INSTRUMENTS CO., LIMITED	Origem	China
Validade	24 meses após a data de fabricação	Reg. ANVISA nº	81991970006
Detentora do Registro: APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGENTES IMPORTADORA LTDA			
Descrição do produto	Solução Controle Equip é utilizada para avaliar o desempenho do Analisador de Eletrólitos Equip. Uso em diagnóstico <i>in vitro</i>.		
Imagens do produto			
Finalidade de uso	Solução Controle Equip é utilizada para avaliar o desempenho do Analisador de Eletrólitos Equip.		
Composição	1 Solução Controle Equip; 1 instrução de uso.		
Condições de armazenamento e Transporte	Conservar na temperatura entre 5-35°C, em local seco, protegido do calor e da luz solar direta e lacrado. Não congelar. Válido por 24 meses após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.		
Embalagem	Embalagem podendo conter 1 Solução Controle Equip com 10mL; 15mL; 25mL; 30mL; 50mL; 75mL; 100mL; 150mL; 200mL; 250mL; 300mL; 400mL; 500mL; 600mL; 700mL; 800mL; 900mL; 1.000mL; 1.500mL; 2.000mL; 2.500mL ou 3.000mL e 1 instrução de uso. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº830/2023, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	1 Solução Controle Equip; 1 instrução de uso.		